



TERMOD

SOMOS LA PLATA



Kit de mantenimiento del analizador de cloro CL17 (requiere montaje)

de producto:

5444300

CLP Precio:

Contacto Termodinámica

Disponible

Kit de mantenimiento (para instrumentos vendidos después de marzo del año 2000). Consta de tubos de reactivos (no ilustrado), tapones de reactivos y accesorios que se deben cambiar una vez al año. Los tubos del módulo de bomba se deben cambiar cada 3-6 meses.

NOTA: Para los instrumentos comprados antes de abril del año 2000, pida la pieza número 4721600.