TERMOD

SOMOS LA PLATA

Kit de mantenimiento del analizador de cloro CL17 (requiere montaje)

# de producto:	**5444300**
USD Precio:	Contacto Termodinámica
Ships within 3-5 weeks	

Kit de mantenimiento (para instrumentos vendidos después de marzo del año 2000). Consta de tubos de reactivos (no ilustrado), tapones de reactivos y accesorios que se deben cambiar una vez al año. Los tubos del módulo de bomba se deben cambiar cada 3-6 meses.

NOTA: Para los instrumentos comprados antes de abril del año 2000, pida la pieza número 4721600.