TERMOD

SOMOS LA PLATA

Set de estándares de gel secundarios SpecCheck, DPD para cloro - MR

# de producto:	**2980500**
USD Precio: Ships within 3-5 weeks	Contacto Termodinámica

Kit de estándares secundarios SpecCheck de cloro para métodos de determinación de cloro de DPD de rango medio. Contiene un vial blanco y 3 viales de colores a ~0,2, ~1,6 y ~2,7 mg/L Cl_2. Los kits de estándares secundarios SpecCheck listos para usar incluyen cuatro cubetas de vidrio selladas de 10 mL (1 pulgada) con un blanco de reactivo y tres estándares diferentes dentro del rango analítico habitual, así como instrucciones, un maletín de plástico y un certificado de análisis. Los estándares SpecCheck se han formulado informáticamente y tienen un período de validez de dos años a partir de la fecha de fabricación.

Nota: Solo para su uso con métodos de determinación de cloro de DPD de rango medio (Pocket Colorimeter II, DR300, DR900). No está diseñado para métodos de rango bajo (incluido el LR/HR Pocket Colorimeter II).

*Este producto no se ha evaluado para la determinación de cloro y cloraminas en aplicaciones médicas en Estados Unidos.

Estándares de gel sólidos - No se requiere preparación

Idóneos para la verificación de instrumentos en el laboratorio y sobre el terreno.

Rendimiento garantizado durante 2 años

Especificaciones

Cantidad:	Set de 4 viales
Concentración:	0 - 4,0 mg/L Cl_2
Método:	DPD
Parámetro:	Chlorine, DPD MR