TERMOD

SOMOS LA PLATA

Set de reactivos para la determinación de cloro libre con el analizador de cloro CL17/CL17sc

 # de producto: **856151** Peligroso

USD Precio: Contacto Termodinámic

Llamar para confirmar fecha de envio

Formulado para cumplir los estándares de calidad más estrictos

El set de reactivos para la determinación de cloro libre se utiliza con el analizador CL17/CL17sc, así como con métodos analíticos a granel. Los reactivos de Hach ofrecen una garantía de resultados exactos y consistentes.

El set de reactivos para la determinación de cloro libre consta de:

- Una botella de 24 gramos de indicador DPD en polvo

- Una botella de 473 mL de solución indicadora de cloro libre

- Una botella de 473 mL de solución tampón de cloro libre

¿Desea simplificar los pedidos de reactivos? Consulte a su representante de Hach sobre de nuestro sencillo sistema de envíos programados de reactivos y set de reactivos del CL17 de Hach.

*Este producto no se ha evaluado para la determinación de cloro y cloraminas en aplicaciones médicas en Estados Unidos.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Mantener los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de la humedad.
Contenido de la caja:	Indicador DPD, 24 g
	Solución indicadora de cloro libre, 473 mL
	Solución tampón de cloro libre, 473 mL
Instrumento:	CL17/CL17sc
Método:	DPD
Número de tests:	450
Número del método:	10059
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,03 - 5,00 mg/L Cl_2 para CL17, 0,03 - 10,00 mg/L para CL17sc

Contenido de la caja

Indicador DPD, 24 gSolución indicadora de cloro libre, 473 mLSolución tampón de cloro libre, 473 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)